

## PITANJA I ODGOVORI JNMV 18/2015

Pitanje:

Molimo vas za dodatnim informacijama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 – Nabavka sigurnosnih ormara za skladištenje laboratorijskih hemikalija i opasnih supstanci

1. Da li bi ste dozvolili odstupanje od navedenih dimenzija 600x620x1970mm kombinovanog sigurnosnog ormara većeg od 10mm? Odstupanje od 10mm je suviše malo tako da će konkurenost zahteva i ponude na ovom tenderu biti svedena na minimum.
2. Da li je zadovoljavajuće da otvor za ventilaciju bude 100Ø?
3. Da li bi ste dozvolili odstupanje od navedenih dimenzija 305x555x210mm filterske jedinice većeg od 5mm? Odstupanje od 5mm je suviše malo tako da će konkurenost zahteva i ponude na ovom tenderu biti svedena na minimum
4. Da li postoji mogućnost oblikovanja nabavke po partijama?

Odgovor :

- 1.Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije zbog uslova prostora.
- 2.Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije jer obezbeđuje punu funkcionalnost ponuđenih sigurnosnih ormara sa motorom-ventilatorom.
- 3.Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- 4.Javna nabavka je planirana i raspisana kao jedna partija , potrebno je odgovoriti na sve stavke.