



**Univerzitet u Novom Sadu**  
**Medicinski fakultet**

Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija  
Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153  
e-mail: tendermf@uns.ac.rs

---

***Konkursna dokumentacija***

***za javnu nabavku broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih  
digestora sa pratećom uslugom instalacije i validacije  
novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u  
Novom Sadu***

***april 2019. godine***

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 9/2019 zavedene pod brojem 08-35/9-1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod brojem 08-35/9-2, pripremljena je:

***Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu***

Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI.....	4
1. Predmet javne nabavke .....	4
II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGA .....	5
III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI .....	10
IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA.....	10
V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA .....	14
VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE .....	15
1. OBRAZAC PONUDE .....	15
1) opšti podaci o ponuđaču .....	15
2) ponudu podnosi:.....	15
3) podaci o podizvođaču .....	15
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi .....	16
5) cena i ostali relevantni podaci.....	17
2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI .....	18
3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE.....	26
4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI; .....	27
5. OBRAZAC IZJAVE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA.....	28
VII MODEL UGOVORA .....	29
VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU .....	32
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena .....	32
2. Način podnošenja ponude .....	32
2. Partije .....	33
3. Ponuda sa varijantama .....	33
4. Način izmene, dopune i opoziva ponude .....	33
5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.....	34

6.	Ponuda sa podizvođačem .....	34
7.	Zajednička ponuda .....	35
8.	Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude.....	35
9.	Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi.....	36
10.	Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača .....	36
11.	Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače .....	37
12.	Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude .....	37
13.	Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača .....	38
14.	Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.....	38
15.	Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača .....	38
IX OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA .....		41
X POTVRDA O PRUŽENIM USLUGAMA .....		42

## ***I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI***

### **1. Predmet javne nabavke**

Predmet javne nabavke broj **9/2019 - nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**. Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 42514000 – Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćavanje gasova;

## II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGA

Br. Poz.	Opis	J.m.	Količina
1	<b>Isporučka i instalacija laboratorijskog digestora opšte namene širine 1200 mm</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije 1200 x 850 x 2250mm (ŠxDxV) +/- 50 mm</li> <li>• Konstrukcija digestora od pravougaonih čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju; antikorozivna zaštita epoksi prah</li> <li>• Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa top lab plus:</li> <li>• Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C, a u intervalima do 20 minuta i do +180°C</li> <li>• Hemijska otpornost na dejstvo kiselina, rastvarača i drugih organskih jedinjenja, bez vidljivih oštećenja (rezultati ispitivanja u prilogu)</li> <li>• Radna ploča od monolitne kiselootporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 20mm i ivice 8mm, ukupno 28mm; karakteristike keramike:</li> <li>• Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6</li> <li>• Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina</li> <li>• Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja</li> <li>• Na radnoj ploči, u zadnjoj zoni keramička kadica sa slavinom za hladnu vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada</li> <li>• Vrata digestora su izrađena od kaljenog stakla, postavljena u čelični ram sa epoksi zaštitom. Pokreće se vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova sa epoksi zaštitom.</li> <li>• Osvetljenje komore je izvedeno vodozaptivenom svetiljkom u IP55 zaštiti, snage 2x18W</li> <li>• Podpultni element sa 3 vrata i 1 policom, izrađen od univera, za suđe i sl.</li> <li>• Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 priključka 230V, prekidač za svetiljku i komanda slavine za vodu</li> <li>• Ventilator digestora, radijalni, kiselootporni, u Ex izvedbi:</li> <li>• Kapacitet 1000m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Snaga motora 0.25 kW</li> <li>• Napajanje 400V</li> <li>• ATEX 95 Ex II 3 c IIB T3</li> <li>• Sistem za ventilaciju mora da obezbedi pri radu, nakon instalacije digestora u laboratoriji korisnika, da količina vazduha izbačena iz digestora bude – min.750m<sup>3</sup>/h; da je brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora –min.0,30m/s; da postoji strujanje vazduha prema otvoru digestora.</li> </ul>	kom	3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakon same instalacije,kao i 12 meseci po instalaciji, obavezno je ispitivanje performansi digestora u laboratoriji Naručioca, koje obavlja laboratorija akreditovana za ispitivanje prema protokolu definisanom standardom SRPS EN 14175, uz izdavanje izveštaja o ispitivanju.</li> <li>Minimalni zahtevi ispitivanja performansi u skladu sa SRPS EN 14175 su:</li> <li>Ispitivanje brzine strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora, i u prostoriji u kojoj je instaliran digestor</li> <li>Ispitivanje protoka vazduha na izbacivanju iz digestora</li> <li>Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha, vizuelizacijom</li> <li>Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju ventilacionog sistema koji sadrži: Fleksibilna cev dužine 3m Ø200- 2 komada Čelična nerđajuća šelna za višekratnu upotrebu- 6 komada</li> <li>Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju vodovodnih instalacija koji sadrži : Ventil za slavinu za hladnu vodu -1 komad Fleksibilno crevo dužine 800mm - 2 komada</li> <li>Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju električne instalacije koji sadrži : Monofazna šuko utičnica-3 komada Prekidač za svetlo/ventilator-2 komada Fluo cev za neonsku svetiljku sa starterom -2 kompleta Sklopka/motorna zaštita za ventilator -1 komad</li> <li>Od svakog digestora je potrebno postaviti kiselo otporni cevovod Ø200; sprovesti kroz spušten plafon do kanala i do krova, tj.do ventilatora.</li> <li>Montaža i demontaža spuštenog plafona su obaveza isporučioca</li> </ul>		
2	<b>Isporučka i instalacija laboratorijskog digestora opšte namene širine 1600 mm</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimenzije 1600 x 850 x 2250mm (ŠxDxV) +/- 50 mm</li> <li>Konstrukcija digestora od pravougaonih čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju; antikorozivna zaštita epoksi prah</li> <li>Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa top lab plus:</li> <li>Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C, a u intervalima do 20 minuta i do +180°C</li> <li>Hemijska otpornost na dejstvo kiselina, rastvarača i drugih organskih jedinjenja,bez vidljivih oštećenja(rezultati ispitivanja u prilogu)</li> <li>Radna ploča od monolitne kiselo otporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 20mm i ivice 8mm, ukupno 28mm; karakteristike keramike:</li> <li>Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6</li> <li>Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina</li> <li>Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja</li> <li>Na radnoj ploči, u zadnjoj zoni keramička kadica sa slavinom za hladnu vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada</li> <li>Prozor digestor je izrađen od kaljenog stakla, postavljena u čelični ram sa epoksi zaštitom. Pokreće se vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova sa epoksi zaštitom.</li> </ul>	<b>kom</b>	<b>1</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osvetljenje komore je izvedeno vodozaptivenom svetiljkom u IP55 zaštiti, snage 2x18W</li> <li>• Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 priključka 230V, prekidač za svetiljku i komanda slavine za vodu</li> <li>• Na gornjem panelu se nalazi elektro orman, a u njemu: motorna zaštita za ventilator, trolni osigurač 25A, svetlosna indikacija napajanja (za 3 faze posebno) i kontaktor</li> <li>• Podpultni elementi: 1 fiksni element, sa 3 vrata i 1 policom, izrađen od univera</li> <li>• Ventilator digestora, radijalni, kiselo otporni, u Ex izvedbi:</li> <li>• Kapacitet 1000m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Snaga motora 0.25 kW</li> <li>• Napajanje 400V</li> <li>• ATEX 95 Ex II 3 c IIB T3</li> <li>• Sistem za ventilaciju mora da obezbedi pri radu, nakon instalacije digestora u laboratoriji korisnika, da količina vazduha izbačena iz digestora bude – min.750m<sup>3</sup>/h; da je brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora –min.0,30m/s; da postoji strujanje vazduha prema otvoru digestora.</li> <li>• Nakon same instalacije,kao i 12 meseci po instalaciji, obavezno je ispitivanje performansi digestora u laboratoriji Naručioca, koje obavlja laboratorija akreditovana za ispitivanje prema protokolu definisanom standardom SRPS EN 14175, uz izdavanje izveštaja o ispitivanju.</li> <li>• Minimalni zahtevi ispitivanja performansi u skladu sa SRPS EN 14175 su:</li> <li>• Ispitivanje brzine strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora, i u prostoriji u kojoj je instaliran digestor</li> <li>• Ispitivanje protoka vazduha na izbacivanju iz digestora</li> <li>• Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha, vizuelizacijom</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju ventilacionog sistema koji sadrži: Fleksibilna cev dužine 3m Ø200- 2 komada Čelična nerđajuća šelna za višekratnu upotrebu- 6 komada</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju vodovodnih instalacija koji sadrži : Ventil za slavinu za hladnu vodu -1 komad Fleksibilno crevo dužine 800mm - 2 komada</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju električne instalacije koji sadrži : Monofazna šuko utičnica-3 komada Prekidač za svetlo/ventilator-2 komada Fluo cev za neonsku svetiljku sa starterom -2 kompleta Sklopka/motorna zaštita za ventilator -1 komad</li> <li>• Od svakog digestora je potrebno postaviti kiselo otporni cevovod Ø200; sprovesti kroz spušten plafon do kanala i do krova, tj.do ventilatora.</li> <li>• Montaža i demontaža spuštenog plafona su obaveza isporučioca</li> </ul>		
3	<b>Isporuka i instalacija laboratorijskog digestora opšte namene širine 1800mm,sa sudoperom</b>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije 1800 x 850 x 2250mm (ŠxDxV) +/- 50 mm</li> <li>• Noseća konstrukcija digestora od pravougaonih čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju; antikorozivna zaštita epoksi prah</li> <li>• Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa top lab plus:</li> <li>• Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C, a u intervalima do 20 minuta i do +180°C</li> <li>• Hemijska otpornost na dejstvo kiselina, rastvarača i drugih organskih jedinjenja, bez vidljivih oštećenja</li> <li>• Radna ploča od monolitne kiselootporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 20mm i ivice 8 mm, ukupno 28 mm; na radnoj površini ,u zadnjem desnom uglu,keramičko korito , korisnih dimenzija 270 x 95 x 130mm sa slavinom za hladnu vodu I polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; karakteristike monolitne keramike:</li> <li>• Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6</li> <li>• Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina</li> <li>• Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja</li> <li>• Prozor digestora je izrađen od kaljenog stakla, postavljen u čelični ram sa epoksi zaštitom. Pokreće se vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova sa epoksi zaštitom.</li> <li>• Osvetljenje komore je izvedeno vodozaptivenom svetiljkom u IP55 zaštitu, snage 2x18W</li> <li>• Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 priključka 230V, prekidači za svetiljku i ventilator i komanda slavine za vodu</li> <li>• Na gornjem panelu se nalazi elektro orman, a u njemu: motorna zaštita za ventilator, tropski osigurač 25A, svetlosna indikacija napajanja (za 3 faze posebno) i kontaktor</li> <li>• Podpulni element od univera, sa 3 vrata i policom</li> <li>• Ventilator digestora, radijalni, kiselootporni, u Ex izvedbi:</li> <li>• Kapacitet 1000m³/h</li> <li>• Snaga motora 0.25 kW</li> <li>• Napajanje 400V</li> <li>• ATEX 95 Ex II 3 c IIB T3</li> <li>• Sistem za ventilaciju mora da obezbedi pri radu, nakon instalacije digestora u laboratoriji korisnika, da količina vazduha izbačena iz digestora bude – min.750m³/h; da je brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora –min.0,30m/s; da postoji strujanje vazduha prema otvoru digestora.</li> <li>• Nakon same instalacije, kao i 12 meseci po instalaciji, obavezno je ispitivanje performansi digestora u laboratoriji Naručioca, koje obavlja laboratorija akreditovana za ispitivanje prema protokolu definisanom standardom SRPS EN 14175, uz izdavanje izveštaja o ispitivanju.</li> <li>• Minimalni zahtevi ispitivanja performansi u skladu sa SRPS EN 14175 su:</li> <li>• Ispitivanje brzine strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora, i u prostoriji u kojoj je instaliran digestor</li> <li>• Ispitivanje protoka vazduha na izbacivanju iz digestora</li> </ul>	kom	1
--	--	-----	---



*MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD*

*javna nabavka broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu*

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha, vizuelizacijom</li><li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju ventilacionog sistema koji sadrži: Fleksibilna cev dužine 3m Ø200- 2 komada Čelična nerđajuća šelna za višekratnu upotrebu- 6 komada</li><li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju vodovodnih instalacija koji sadrži : Ventil za slavinu za hladnu vodu -1 komad Fleksibilno crevo dužine 800mm - 2 komada</li><li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju električne instalacije koji sadrži : Monofazna šuko utičnica-3 komada Prekidač za svetlo/ventilator-2 komada Fluo cev za neonsku svetiljku sa starterom -2 kompleta Sklopka/motorna zaštita za ventilator -1 komad</li><li>• Od svakog digestora je potrebno postaviti kiselo otporni cevovod Ø200; sprovesti kroz spušten plafon do kanala i do krova, tj.do ventilatora.</li><li>• Montaža i demontaža spuštenog plafona su obaveza isporučioaca</li></ul>		
--	--	--	--

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI**

Konkursna dokumentacija ne sadrži tehničku dokumentaciju ni planove.

**IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava **uslove** za učešće, a ispunjenost **uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, **i to:**

	USLOV	DOKAZ
1.	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.
2.	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);	<p>Pravna lica:  Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;  Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;  Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.</p> <p>Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).  Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;</p>
3.	Da je izmirio dospele poreze,	Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske

	USLOV	DOKAZ
	doprinosi i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedišta na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);	uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
4.	Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (čl. 75. st. 2. Zakona).	Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju VI pod tačkom 5.). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
5.	Dodatni uslov u pogledu poslovnog kapaciteta: da nad ponuđačem, podizvođačem ili članovima grupe ponuđača nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak. Ovaj uslov važi za sve ponuđače: kako za ponuđače koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, tako i za podizvođače.	Fotokopija potvrde koju izdaje Agencija za privredne registre, koja mora biti izdata na dan objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ili kasnije.
6.	Dodatni uslov u pogledu poslovnog kapaciteta: ponuđač je ostvario poslovni prihod od najmanje 15.000.000,00 dinara tokom 2017, 2016. i 2015. godine	BON-JN –odnosno Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, Agencije za privredne registre, za 2017, 2016. i 2015. godine
7.	Dodatni uslov u pogledu poslovnog kapaciteta: da je ponudjač u poslednje tri godine (2016,2017,2018), isporučio i ugradio najmanje tri referentna digestora laboratoriji sa teritorije RS Pod referentnim digestorom se podrazumeva digestor ponuđenog proizvođača, sa podpultnim ormanom i ugrađenim ventilatorom, bez obzira na dimenzije	Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu : Potvrde o isporučenim i ugrađenim digestorima (Obrazac X) i prateća dokumentacija za najmanje jedan referentni digestor i to: 1) Izveštaj izdat od strane akreditovane laboratorije o ispitivanju najmanje jednog referentnog digestora, u referentnom periodu, obavljenog nakon instalacije digestora, u laboratoriji referentnog naručioca, iz koga se može utvrditi: da je kod referentnog digestora izvršeno merenje količine vazduha izbačene iz digestora – minimum 750m <sup>3</sup> /h; da je kod referentnog digestora utvrđena brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora - minimum 0,30 m/s; da je utvrđeno strujanje vazduha prema otvoru digestora.
8.	Dodatni uslov u pogledu poslovnog kapaciteta: ponudjač je sertifikovan	Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu fotokopije navedenih sertifikata , izdatih od strane sertifikacione kuće akreditovane

	USLOV	DOKAZ
	za oblast distribucije laboratorijskih digestora, pre objave poziva za ovu javnu nabavku, prema sledećim standardima: Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, 1) Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004, 2) Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007	za predmetni standard i potvrde sertifikacione kuće o važenju istih
9.	Dodatni uslov u pogledu kadrovskog kapaciteta: Ponudlač mora imati najmanje dva lica, zadužena za realizaciju ove javne nabavke u radnom odnosu na neodređeno vreme kod ponudlača najmanje godinu dana pre objave poziva za ovu javnu nabavku, od toga najmanje jedno lice obučeno za montažu i održavanje EX opreme	Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu : 1) Fotokopije radnih knjižica (sve popunjene strane), za svako lice; 2) fotokopije evidencije o osposobljenosti za rad u skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, za svako lice; potpisane od strane ovlašćenog lica preduzeća i od strane lica za BZR licenciranog od strane nadležne Uprave; uverenje lica za BZR izdato od strane nadležne Uprave 3) Fotokopije M obrazaca, za svako lice 4) uverenjem o obuci , izdatim od strane institucije akreditovane za ispitivanje opreme u Ex zaštiti , sa navedenim imenima stručnih lica stalno zaposlenih kod ponudlača, i datumom i vrstom obuke, za najmanje jedno lice
10.	Da je ponudlač ovlašćen od strane proizvođača za distribuciju i održavanje ponudlene opreme	Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu: Važeća autorizacija za ponudlača, na memorandumu proizvođača, sa imenima lica ovlašćenih za održavanje ponudlene opreme

Ukoliko ponudlač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponudlač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudlača ponudlač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponudlač iz grupe ponudlača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponudlača ispunjava zajedno, osim ukoliko je drugačije propisano poglavljem V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveriti da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

U slučaju sumnje ili sistemom slučajnog uzorka, Komisija za javnu nabavku može tražiti dodatne dokaze o ispunjenosti uslova ili u tom cilju izvršiti uvid kod ponuđača i odbiti ponudu ponuđača koji u ostavljenom roku ne dostavi tražene dokaze, ne omogući uvid ili dostavljeni dokazi (i/ili uvid) ne dokažu da ponuđač ispunjava uslove.

Lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Obavezni uslovi su uslovi propisani članom 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.

### **V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA**

1. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom **kriterijuma „najniže ponudene cene“ tako što će se upoređivati** zbrovi ukupnih cena bez PDV-a.
2. Ukoliko Naručilac dobije dve ili više ponuda sa jednakim, najnižim cenama, Naručilac će, između najpovoljnijih ponuda izabrati ponudu ponuđača koji ima veći kadrovski kapacitet, odnosno više zaposlenih.

**VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE****1. OBRAZAC PONUDE**

Ponuda br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku **broj 9/2019** – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

**1) opšti podaci o ponuđaču**

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
PIB:	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

**2) ponudu podnosi:**

<b>A) SAMOSTALNO</b>
<b>B) SA PODIZVOĐAČEM</b>
<b>V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU</b>

**Napomena:** zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

**3) podaci o podizvođaču**

1)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:	
2)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:	

**Napomena:**

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

**4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi**

1)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
2)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
3)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	



MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

	Ime osobe za kontakt:	
--	-----------------------	--

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

**5) cena i ostali relevantni podaci**

Rok i način plaćanja	45 dana od dana dostavljanja računa za pružene usluge bez reklamacije
Rok važenja ponude	___ dana (ne kraći od 30 dana)
Zbir ukupnih cena bez PDV-a	_____ dinara bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om	_____ dinara sa PDV-om
Garantni rok za usluge servisiranja	_____ meseci/a
Ukupan broj zaposlenih na dan podnošenja ponude	___ zaposlenih

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

**Napomene:**

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

**2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI**

Br. Poz.	Opis	J.m.	Količina	jed.cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1	<b>Isporučka i instalacija laboratorijskog digestora opšte namene širine 1200 mm</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimenzije 1200 x 850 x 2250mm (ŠxDxV) +/- 50 mm</li> <li>Konstrukcija digestora od pravougaonih čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju; antikorozivna zaštita epoksi prah</li> <li>Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa top lab plus:</li> <li>Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C, a u intervalima do 20 minuta i do +180°C</li> <li>Hemijska otpornost na dejstvo kiselina, rastvarača i drugih organskih jedinjenja, bez vidljivih oštećenja (rezultati ispitivanja u prilogu)</li> <li>Radna ploča od monolitne kiselootporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 20mm i ivice 8mm, ukupno 28mm; karakteristike keramike:</li> <li>Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6</li> <li>Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina</li> <li>Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja</li> <li>Na radnoj ploči, u zadnjoj zoni keramička kadica sa slavinom za hladnu vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada</li> <li>Vrata digestora su izrađena od kaljenog stakla, postavljena u čelični ram sa epoksi zaštitom. Pokreće se vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova sa epoksi zaštitom.</li> <li>Osvetljenje komore je izvedeno vodozaptivenom svetiljkom u IP55 zaštiti, snage 2x18W</li> <li>Podpultni element, izrađen od univera debljine 18mm, sa 3 vrata i 1 policom, izrađen od univera, za suđe i sl.</li> <li>Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 priključka 230V, prekidač za svetiljku i komanda slavine za vodu</li> <li>Ventilator digestora, radijalni, kiselootporni, u Ex</li> </ul>	kom	3		

	<p>izvedbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet 1000m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Snaga motora 0.25 kW</li> <li>• Napajanje 400V</li> <li>• ATEX 95 Ex II 3 c IIB T3</li> <li>• Sistem za ventilaciju mora da obezbedi pri radu, nakon instalacije digestora u laboratoriji korisnika, da količina vazduha izbačena iz digestora bude – min.750m<sup>3</sup>/h; da je brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora –min.0,30m/s; da postoji strujanje vazduha prema otvoru digestora.</li> <li>• Nakon same instalacije,kao i 12 meseci po instalaciji, obavezno je ispitivanje performansi digestora u laboratoriji Naručioca, koje obavlja laboratorija akreditovana za ispitivanje prema protokolu definisanom standardom SRPS EN 14175, uz izdavanje izveštaja o ispitivanju.</li> <li>• Minimalni zahtevi ispitivanja performansi u skladu sa SRPS EN 14175 su:</li> <li>• Ispitivanje brzine strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora, i u prostoriji u kojoj je instaliran digestor</li> <li>• Ispitivanje protoka vazduha na izbacivanju iz digestora</li> <li>• Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha, vizuelizacijom</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju ventilacionog sistema koji sadrži: Fleksibilna cev dužine 3m Ø200- 2 komada Čelična nerđajuća šelna za višekratnu upotrebu- 6 komada</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju vodovodnih instalacija koji sadrži : Ventil za slavinu za hladnu vodu -1 komad Fleksibilno crevo dužine 800mm - 2 komada</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju električne instalacije koji sadrži : Monofazna šuko utičnica-3 komada Prekidač za svetlo/ventilator-2 komada Fluo cev za neonsku svetiljku sa starterom -2 kompleta Sklopka/motorna zaštita za ventilator -1 komad</li> <li>• Od svakog digestora je potrebno postaviti kiseloootporni cevovod Ø200; sprovesti kroz spušten plafon do kanala i do krova, tj.do ventilatora.</li> <li>• Montaža i demontaža spuštenog plafona su obaveza isporučioca</li> </ul>				
2	<b>Isporučka i instalacija laboratorijskog digestora opšte namene širine 1600 mm</b>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije 1600 x 850 x 2250mm (ŠxDxV) +/- 50 mm</li> <li>• Konstrukcija digestora od pravougaonih čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju; antikorozivna zaštita epoksi prah</li> <li>• Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa top lab plus:</li> <li>• Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C, a u intervalima do 20 minuta i do +180°C</li> <li>• Hemijska otpornost na dejstvo kiselina, rastvarača i drugih organskih jedinjenja, bez vidljivih oštećenja (rezultati ispitivanja u prilogu)</li> <li>• Radna ploča od monolitne kiselootporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 20mm i ivice 8mm, ukupno 28mm; karakteristike keramike:</li> <li>• Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6</li> <li>• Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina</li> <li>• Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja</li> <li>• Na radnoj ploči, u zadnjoj zoni keramička kadica sa slavinom za hladnu vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada</li> <li>• Prozor digestor je izrađen od kaljenog stakla, postavljena u čelični ram sa epoksi zaštitom. Pokreće se vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova sa epoksi zaštitom.</li> <li>• Osvetljenje komore je izvedeno vodozaptivenom svetiljkom u IP55 zaštiti, snage 2x18W</li> <li>• Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 priključka 230V, prekidač za svetiljku i komanda slavine za vodu</li> <li>• Na gornjem panelu se nalazi elektro orman, a u njemu: motorna zaštita za ventilator, trolejni osigurač 25A, svetlosna indikacija napajanja (za 3 faze posebno) i kontaktor</li> <li>• Podpultni elementi, izrađen od univera debljine 18mm, 1 fiksni element, sa 3 vrata i 1 policom</li> <li>• Ventilator digestora, radijalni, kiselootporni, u Ex izvedbi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet 1000m³/h</li> <li>• Snaga motora 0.25 kW</li> <li>• Napajanje 400V</li> <li>• ATEX 95 Ex II 3 c IIB T3</li> </ul> </li> <li>• Sistem za ventilaciju mora da obezbedi pri radu, nakon instalacije digestora u laboratoriji korisnika, da količina vazduha izbačena iz</li> </ul>	kom	1		
--	---	-----	---	--	--

	<p>digestora bude – min.750m<sup>3</sup>/h; da je brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora –min.0,30m/s; da postoji strujanje vazduha prema otvoru digestora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakon same instalacije,kao i 12 meseci po instalaciji, obavezno je ispitivanje performansi digestora u laboratoriji Naručioca, koje obavlja laboratorija akreditovana za ispitivanje prema protokolu definisanom standardom SRPS EN 14175, uz izdavanje izveštaja o ispitivanju.</li> <li>• Minimalni zahtevi ispitivanja performansi u skladu sa SRPS EN 14175 su:</li> <li>• Ispitivanje brzine strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora, i u prostoriji u kojoj je instaliran digestor</li> <li>• Ispitivanje protoka vazduha na izbacivanju iz digestora</li> <li>• Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha, vizuelizacijom</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju ventilacionog sistema koji sadrži: Fleksibilna cev dužine 3m Ø200- 2 komada Čelična nerđajuća šelna za višekratnu upotrebu- 6 komada</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju vodovodnih instalacija koji sadrži : Ventil za slavinu za hladnu vodu -1 komad Fleksibilno crevo dužine 800mm - 2 komada</li> <li>• Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju električne instalacije koji sadrži : Monofazna šuko utičnica-3 komada Prekidač za svetlo/ventilator-2 komada Fluo cev za neonsku svetiljku sa starterom -2 kompleta Sklopka/motorna zaštita za ventilator -1 komad</li> <li>• Od svakog digestora je potrebno postaviti kiselo otporni cevovod Ø200; sprovesti kroz spušten plafon do kanala i do krova, tj.do ventilatora.</li> <li>• Montaža i demontaža spuštenog plafona su obavezaa isporučioca</li> </ul>				
3	<b>Isporučka i instalacija laboratorijskog digestora opšte namene širine 1800mm,sa sudoperom</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije 1800 x 850 x 2250mm (ŠxDxV) +/- 50 mm</li> <li>• Noseća konstrukcija digestora od pravougaonih čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju; antikorozivna zaštita epoksi prah</li> <li>• Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa top lab plus:</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C, a u intervalima do 20 minuta i do +180°C</li> <li>Hemijska otpornost na dejstvo kiselina, rastvarača i drugih organskih jedinjenja, bez vidljivih oštećenja</li> <li>Radna ploča od monolitne kiselo otporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 20mm i ivice 8 mm, ukupno 28 mm; na radnoj površini, u zadnjem desnom uglu, keramičko korito, korisnih dimenzija 270 x 95 x 130mm sa slavinom za hladnu vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; karakteristike monolitne keramike:</li> <li>Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6</li> <li>Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina</li> <li>Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja</li> <li>Prozor digestora je izrađen od kaljenog stakla, postavljen u čelični ram sa epoksi zaštitom. Pokreće se vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova sa epoksi zaštitom.</li> <li>Osvetljenje komore je izvedeno vodozaptivenom svetiljkom u IP55 zaštiti, snage 2x18W</li> <li>Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 priključka 230V, prekidači za svetiljku i ventilator i komanda slavine za vodu</li> <li>Na gornjem panelu se nalazi elektro orman, a u njemu: motorna zaštita za ventilator, tropski osigurač 25A, svetlosna indikacija napajanja (za 3 faze posebno) i kontaktor</li> <li>Podpultni element izrađen od univera debljine 18mm, sa 3 vrata i policom</li> <li>Ventilator digestora, radijalni, kiselo otporni, u Ex izvedbi:</li> <li>Kapacitet 1000m³/h</li> <li>Snaga motora 0.25 kW</li> <li>Napajanje 400V</li> <li>ATEX 95 Ex II 3 c IIB T3</li> <li>Sistem za ventilaciju mora da obezbedi pri radu, nakon instalacije digestora u laboratoriji korisnika, da količina vazduha izbačena iz digestora bude – min. 750m³/h; da je brzina strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora – min. 0,30m/s; da postoji strujanje vazduha prema otvoru digestora.</li> <li>Nakon same instalacije, kao i 12 meseci po instalaciji, obavezno je ispitivanje performansi digestora u laboratoriji Naručioca, koje obavlja laboratorija akreditovana za ispitivanje prema</li> </ul>	kom	1		
--	---	-----	---	--	--

	<p>protokolu definisanom standardom SRPS EN 14175, uz izdavanje izveštaja o ispitivanju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalni zahtevi ispitivanja performansi u skladu sa SRPS EN 14175 su:</li> <li>Ispitivanje brzine strujanja vazduha u ravni otvora radnog prostora digestora, i u prostoriji u kojoj je instaliran digestor</li> <li>Ispitivanje protoka vazduha na izbacivanju iz digestora</li> <li>Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha, vizuelizacijom</li> <li>Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju ventilacionog sistema koji sadrži: Fleksibilna cev dužine 3m Ø200- 2 komada Čelična nerđajuća šelna za višekratnu upotrebu- 6 komada</li> <li>Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju vodovodnih instalacija koji sadrži : Ventil za slavinu za hladnu vodu -1 komad Fleksibilno crevo dužine 800mm - 2 komada</li> <li>Uz digestor je neophodno isporučiti komplet za reparaciju električne instalacije koji sadrži : Monofazna šuko utičnica-3 komada Prekidač za svetlo/ventilator-2 komada Fluo cev za neonsku svetiljku sa starterom -2 kompleta Sklopka/motorna zaštita za ventilator -1 komad</li> <li>Od svakog digestora je potrebno postaviti kiseloootporni cevovod Ø200; sprovesti kroz spušten plafon do kanala i do krova, tj.do ventilatora.</li> <li>Montaža i demontaža spuštenog plafona su obavezaa isporučioa</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

Zbir ukupnih cena bez PDV-a \_\_\_\_\_ dinara

Zbir ukupnih cena sa PDV-om \_\_\_\_\_ dinara

Kao dokaz kvaliteta digestora dostaviti:

- Katalog ili izvod iz kataloga Proizvođača iz koga se nedvosmisleno može utvrditi usaglašenost ponuđenog digestora i ventilatora u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije
- Katalog proizvođača ili sertifikate materijala trsepa top lab i keramika monolitna
- Uzorak materijala trespa top lab,dimenzija minimalno 70x70mm
- Uzorak materijala keramika monolitna, dimenzija minimalno 70x70 mm

## **DODATNI ZAHTJEVI KVALITETA PROIZVODA I TEHNIČKE USAGLAŠENOSTI:**

- A. Proizvođač digestora mora posedovati uspostavljen sistem kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, za oblast proizvodnje laboratorijskog digestora.

### **Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu :**

Kopije važećih sertifikata ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 za oblast proizvodnje, izdate od strane sertifikacionog tela, akreditovanog za predmetnu oblast, sa potvrdom o periodu važnosti sertifikata

*Prihvatljivim će se smatrati ISO/OHSAS sertifikati važeći na dan otvaranja ponude.*

- B. Podpultni digestorski orman sa vratima i policom, u pogledu čvrstoće i trajnosti, izrađen u skladu sa SRPS EN 14727, tač. 7.1; 7.2; 7.3; 7.7; 8

### **Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu :**

Izveštaja o kontroli kvaliteta za podpultni orman, iz koga se nedvosmisleno može utvrditi da proizvod ispunjava tehničke uslove kvaliteta, za izradu i isporuku po SRPS EN 14727, tač. 7.1; 7.2; 7.3; 7.7; 8; Iz izveštaja-sertifikata se moraju nedvosmisleno utvrditi predmet kontrolisanja, parametri kontrolisanja, proizvođač, način i rezultat kontrolisanja, datum kontrolisanja;

*Prihvatljivim će se smatrati izveštaj za podpultni orman, bez obzira na eventualne razlike u dimenzijama, i broju vrata-polica, izdat od strane institucije RS, akreditovane za ispitivanja po standardu SRPS EN 14727*

- C. Podpultni digestorski orman izrađen od univera debljine 18mm (vlaga manje od 7%, zatezna čvrstoća min 0,35N/mm<sup>2</sup>), sve ivice obrađene ABS trakom.

### **Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu :**

Izveštaja o ispitivanju materijala, izdatog od institucije RS, akreditovane za ispitivanja po standardima SRPS EN 324-1; SRPS EN 322; SRPS EN 319, iz koga se nedvosmisleno može utvrditi da je materijal ispitan i ispunjava zahteve kvaliteta materijala, po SRPS EN 324-1; SRPS EN 322; SRPS EN 319

*Prihvatljivim će se smatrati izveštaj za materijal kojim ponuđač raspolaže u trenutku davanja ponude, ili za materijal ugrađen u podpultni orman referentnog digestora.*

- D. Motor ponuđenog ventilatora mora biti usaglašen sa zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima, namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i zahtevima standarda: SRPS EN 60079-0; SRPS EN 60079-7; uz utvrđenu Ex zaštitu II2G; Exe IIT3; te 24 s



**Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu :**

Sertifikata, kojim se dokazuje da karakteristike ponuđenog motora ventilatora odgovaraju zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima, namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i zahtevima standarda: SRPS EN 60079-0; SRPS EN 60079-7; te da je utvrđena Ex zaštita II2G;ExeIIT3;te 24 s

*Prihvatljivim će se smatrati sertifikat izdat od strane imenovanog tela RS*

E. Ponuđeni ventilator mora biti usaglašen sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti

**Dokazuje se dostavljanjem uz ponudu :**

Potvrda o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti za ponuđeni ventilator ponuđenog proizvođača

*Prihvatljivom će se smatrati važeća potvrda o usaglašenosti , izdata od strane imenovanog tela RS*

**ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE:**

- Rok isporuke: najviše 60 dana od dana prijema pojedinačne porudžbenice naručioca

*Zbog prirode nabavke nije moguće proceniti tačne količine neophodnih usluga iz specifikacije pa su zbog lakšeg uporedjivanja cena stavljene okvirne količine, dok će se ugovor realizovati sukcesivno po potrebama Naručioca.*

*Ponuđene usluge moraju u svemu da odgovaraju opisu iz tehničke specifikacije, odnosno zahtevima u pogledu kvaliteta.*

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

<b>VRSTA TROŠKA</b>	<b>IZNOS TROŠKA U RSD</b>
<b>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</b>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade **uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja**, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

**Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI;**

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”  
br. 124/12, 15/14 i 68/2015), ponuđač

daje sledeću:

**IZJAVU  
O NEZAVISNOJ PONUDI**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke za javnu nabavku **broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

**Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**5. OBRAZAC IZJAVE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA**

U vezi sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 14/15 i 68/2015), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

**IZJAVU**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u postupku javne nabavke za javnu nabavku **broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

***Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.***

## VII MODEL UGOVORA

Medicinski fakultet u Novom Sadu  
Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad  
Broj:

### UGOVOR o javnoj nabavci broj 9/2019

Zaključen dana \_\_\_\_\_, između:

**1. MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU**

Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad  
PIB 100451043  
MB 08113599  
koje zastupa dekan prof. dr Snežana Brkić  
(u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane,

i

**2.** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
PIB \_\_\_\_\_  
MB \_\_\_\_\_  
Broj računa: \_\_\_\_\_. Naziv banke: \_\_\_\_\_  
koje zastupa \_\_\_\_\_  
(u daljem tekstu: Pružalac usluga), sa druge strane.

Sa podizvođačem/podizvođačima	
U zajedničkoj ponudi sa ponuđačima	

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme (u daljem tekstu: Usluge) u svemu prema Ponudi Pružaoca usluga br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i postupku javne nabavke za javnu nabavku broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Sastavni deo ovog ugovora predstavljaju: poglavlje II konkursne dokumentacije - vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis usluga (u daljem tekstu: Specifikacija), poglavlje VI tačka 2. konkursne dokumentacije - obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (u daljem tekstu: Obrazac strukture cene) i (eventualne) izmene konkursne dokumentacije i pojašnjenja Naručioca (ukoliko se odnose na elemente ugovora), koja se nalaze u prilogu

Ugovor važi godinu dana počev od dana zaključenja ili do utroška sredstava u iznosu od \_\_\_\_\_ bez PDV odnosno \_\_\_\_\_ sa PDV-om.

Pružalac usluga ne može potraživati više novca od iznosa određenih prethodnim stavom, bez obzira kakve zahteve dobija od Naručioca.

### **Član 2.**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Pružalac usluga prilikom zaključenja ovog ugovora, položio kod Naručioca registrovanu sopstvenu menicu sa meničnim ovlašćenjem, bez protesta i troškova, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla koja je naplativa do iznosa od 10% od ukupne vrednosti (bez PDV-a).

### **Član 3.**

Pružalac usluga se obavezuje da pristupi isporuci usluga iz Specifikacije do 24 časa nakon prijema pojedinačne porudžbenice, u skladu sa važećim standardima kvaliteta, prema svim specifikacijama predviđenim konkursnom dokumentacijom i u rokovima koji su određen Specifikacijom.

Ugovorne strane su saglasne da se dobra isporučuju na adresu Naručioca.

Ugovorne strane su saglasne da su dobra isporučena na adresu Naručioca iz Specifikacije onog dana kada su zaprimljena, ukoliko nije bilo reklamacije.

### **Član 4.**

Kontrolu kvaliteta, kvantitativnu kontrolu i usaglašenost izvršene isporuke sa ponudom, vršiće šef Službe prvog i drugog stepena odnosno šef Službe za doktorske studije, specijalizacije i nauku Medicinskog fakulteta, u zavisnosti od vrste predmeta javne nabavke, pri prijemu svake pojedinačne usluge.

O izvršenju kontroli sačinjava se zapisnik koji potpisuje lice koje izvršilo kontrolu.

U slučaju da Naručilac konstatuje kvalitativne skrivene nedostatke, nakon prijema usluga, dužan je da precizira prirodu nedostataka i u roku od 2 (dva) dana, pismenim putem obavesti Pružaoca usluga, te da ga pozove da naknadnim uvidom u pružene usluge, zajedno konstatuju nedostatke, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju Naručilac i Pružalac usluga.

Ukoliko se na pruženim uslugama ustanovi bilo kakav nedostatak ili su usluge lošeg kvaliteta, odnosno odstupaju od prihvaćenih standarda ili Specifikacije Pružalac usluga je dužan da pruži nove usluge u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 24 časa od prijema reklamacije.

Ukoliko Naručilac u roku navedenom u stavu 3. ovog člana Ugovora ne dostavi pismeno obaveštenje o kvalitativnim nedostacima, smatraće se da je uspešno izvršen prijem usluga.

**Član 5.**

Plaćanje ugovorenog iznosa vršiće se virmanski u roku od 45 dana od dana svake pojedinačne usluge iz člana 2. ovog Ugovora.

Naručilac će vršiti plaćanje preko računa, po svakoj pojedinačnoj izvršenoj isporuci, dok će Pružalac usluga po svakoj porudžbenici, odnosno pojedinačnoj isporuci ispostavljati naručiocu posebnu fakturu.

Jedinične cene određene Obrascem strukture cene su fiksne i ne mogu se menjati tokom važenja ovog Ugovora.

**Član 6.**

Garantni rok je \_\_\_\_\_ meseci/a od dana pružanja usluge.

**Član 7.**

Ukoliko Pružalac usluga ne postupi na način ili u rokovima propisanim ovim ugovorom, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor i da naplati ugovornu kaznu, naplatom sredstva obezbeđanja iz člana 2. ovog ugovora.

**Član 8.**

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 9.**

Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja rešavaju sporazumno.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazum, saglasne su da se ista rešavaju pred zakonom stvarno nadležnim sudom u Novom Sadu.

**Član 10.**

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

**Za Pružaoca usluga**

**Za Naručioca  
dekan**

---

**prof. dr Snežana Brkić**

Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem, i naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

## **VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU**

### **1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena**

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku. Obrasce ispuniti čitko, štampanim slovima. Nečitko ispunjeni obrasci se neće uzimati u obzir, i ponuda će biti odbijena.

Katalozi, sertifikati i ostala tehnička dokumentacija, mogu biti na stranom jeziku.

Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni i vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Svi obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti i ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponuđač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača, uz priloženi pravni akt kojim se definišu nadležnosti u grupi ponuđača.

### **2. Način podnošenja ponude**

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „**Ponuda za javnu nabavku - broj 9/2019 –nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu- NE OTVARATI**”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 27.05.2019. godine do 09 časova, a javno otvaranje će se sprovesti istog dana u 10:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda koja ne ispunjava minimalne tehničke specifikacije iz poglavlja II konkursne dokumentacije će **biti odbijena**.



Ponuda **mora da sadrži:**

- 1.1. **dokaze o ispunjenosti** uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015), predviđene Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova, osim ukoliko je ponuđač upisan u Registar ponuđača,
- 1.2. **dokaze o ispunjenosti** uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015), predviđene Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova, odnosno:
  - 1.3. popunjene, potpisane i overene obrasce iz poglavlja VI konkursne dokumentacije,
  - 1.4. potpisanu i overenu menicu,
  - 1.5. popunjeno, potpisano i overeno menično ovlašćenje,
  - 1.6. fotokopiju potvrde o registraciji menice,
  - 1.7. fotokopiju OP obrasca ponuđača
  - 1.8. fotokopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa ponuđača
  - 1.9. i druge dokumente propisane konkursnom dokumentacijom.

Ukoliko Ponuđač ne dostavi OP obrazac ili karton deponovanih potpisa Naručilac nije dužan da odbije takvu ponudu.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o ispunjavanju uslova iz čl. 75 i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.

## **2. Partije**

Nabavka nije oblikovana po partijama.

## **3. Ponuda sa varijantama**

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

## **4. Način izmene, dopune i opoziva ponude**

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom:

**„Izmena ponude za javnu nabavku za javnu nabavku broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu- NE OTVARATI” ili**

**„Dopuna ponude za javnu nabavku broj broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu - NE OTVARATI” ili**

**„Opoziv ponude za javnu nabavku broj broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu - NE OTVARATI” ili**

**„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu - NE OTVARATI”.**

Na poledini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

## **5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač**

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

## **6. Ponuda sa podizvođačem**

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

## **7. Zajednička ponuda**

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. Zakona:

- 7.1. podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
  - 7.2. opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.
- Takođe, sporazum iz prethodnog stava bi trebao da sadrži i sledeće podatke:
- 7.3. o ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona...), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača,
  - 7.4. o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
  - 7.5. o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
  - 7.6. o ponuđaču koji će izdati račun,
  - 7.7. o računu na koji će biti izvršeno plaćanje.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju **IV** konkursne dokumentacije i tački 2. ovog poglavlja, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

## **8. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude**

### **8.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.**

Vrednost ugovorenih usluga će se isplaćivati u roku od 45 dana od dana dostavljanja računa za pružene usluge (bez reklamacije) Naručiocu.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

### **8.2. Zahtev u pogledu roka pružanja usluga**

Određen poglavljem II konkursne dokumentacije.

### **8.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude**

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponudač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

## **9. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi**

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponudač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznju carinu i druge dažbine, ponudač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

## **10. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača**

10.1. Ponudač je dužan da u ponudi dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to **sopstvenu menicu** koja je popunjena na iznos od 10% od ukupne vrednosti ponude (bez PDV-a), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Ponudač je dužan da popuni podatke o remitent- poveriocu u polju menice posle reči „po naredbi“, i to rečima „Medicinskog fakulteta u Novom Sadu“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo (obrazac u prilogu - poglavlje IX), sa naznačenim iznosom menice. Ukoliko ponudač dostavi menicu koja je propisno registrovana, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom, ali nije popunjen iznos i remitent, ponuda ipak neće biti odbijena, ali Naručilac može pozvati ponuđača da propisno popuni podatke ili da dostavi novu propisno popunjenu menicu, u roku koji ne može biti duži od dva dana od dana prijema Naručiočevog poziva putem elektronske pošte. Ukoliko ponudač u propisanom roku ne dostavi novu menicu ili ne izvrši tražene ispravke, Naručilac može odbiti njegovu ponudu i naplatiti dostavljenu menicu za ozbiljnost ponude. Ove odredbe služe smanjenju mogućnosti zloupotrebe menica.

Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko:

1. ponudač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. ponudač čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac zahteva,
3. ponudač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
4. ponudač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.

Ukoliko ponudač ne dostavi sredstvo obezbeđenja ponuda će biti odbijena.

10.2. Izabrani ponuđač pre potpisivanja ugovora dostavlja sredstvo finansijskog obezbeđenja **za dobro izvršenje posla** i to **sopstvenu menicu** koja je popunjena na iznos od 10% od ukupne vrednosti ponude (bez PDV-a), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Ponuđač je dužan da popuni podatke o remitentu- poveriocu u polju menice posle reči „po naredbi“, i to rečima: „Medicinskog fakulteta u Novom Sadu“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo (obrazac će biti dostavljen uz poziv za zaključenje ugovora), sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač dostavi menicu koja je propisno registrovana, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom, ali nije popunjen iznos i remitent, ponuda ipak neće biti odbijena, ali Naručilac može pozvati ponuđača da propisno popuni podatke ili da dostavi novu propisno popunjenu menicu, u roku koji ne može biti duži od dva dana od dana prijema Naručiočevog poziva putem elektronske pošte. Ukoliko ponuđač u propisanom roku ne dostavi novu menicu ili ne izvrši tražene ispravke, Naručilac može odbiti njegovu ponudu i naplatiti dostavljenu menicu za ozbiljnost ponude. Ove odredbe služe smanjenju mogućnosti zloupotrebe menica. Menica za dobro izvršenje posla je naplativa u slučajevima predviđenim ugovorom o javnoj nabavci.

#### **11. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače**

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

#### **12. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (neposredno na pisarnicu naručioca, putem pošte na adresu naručioca ili **elektronske pošte na e-mail [tendermf@uns.ac.rs](mailto:tendermf@uns.ac.rs)**) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, **broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**“.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

### **13. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Ukoliko ponuđač ne postupi na način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naručilac može odbiti njegovu ponudu.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ukoliko se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude..

### **14. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

### **15. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail [tendermf@uns.ac.rs](mailto:tendermf@uns.ac.rs), faksom na broj (021) 6624-153 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je

primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

**1. Potvrda o izvršenoj uplati takse** iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

\* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZZP; Medicinski fakultet Novi Sad; javna nabavka broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. **Nalog za uplatu**, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. **Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor**, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. **Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije**, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.



## **IX OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA**

DUŽNIK: \_\_\_\_\_  
Sedište: \_\_\_\_\_  
Matični broj: \_\_\_\_\_  
PIB: \_\_\_\_\_  
Tekući račun: \_\_\_\_\_  
Kod banke: \_\_\_\_\_

IZDAJE

### **MENIČNO OVLAŠĆENJE ZA OZBILJNOST PONUDE**

u postupku javne nabavke **broj 9/2019 – nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**

Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije \_\_\_\_\_ i ovlašćujemo Medicinski fakultet u Novom Sadu, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos od 10% od ukupne vrednosti (bez PDV-a), odnosno \_\_\_\_\_ dinara, a po osnovu **garancije za ozbiljnost ponude**.

Ovlašćujemo Medicinski fakultet u Novom Sadu, kao Poverioca, da u svoju korist bezuslovno i neopozivo, „Bez protesta“ i troškova, vanskodski, može izvršiti naplatu sa svih računa Dužnika, ukoliko Dužnik:

1. nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac zahteva,
3. kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
4. kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Ovlašćujem banku kod koje imamo račun da naplatu-plaćanje izvrši na teret svih naših računa, kao i da podneti nalog za naplatu zavede u raspored čekanja u slučaju da na računu uopšte nema ili nema dovoljno sredstava ili zbog poštovanja prioriteta u naplati sa računa. Dužnik se odriče prava na povlačenje ovog ovlašćenja, na opoziv ovog ovlašćenja, na stavljanje prigovora na zaduženje i na storniranje po ovom osnovu za naplatu.

Menica je važeća i u slučaju da dođe do promene lica ovlašćenog za zastupanje i raspolaganje sredstvima na tekućem računu Dužnika, statusnih promena, osnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika. Menica je potpisana od strane ovlašćenog lica za zastupanje, čiji se potpis nalazi u OP obrascu Dužnika.

Na menici je stavljen pečat i potpis izdavaoca menice-trasanta.

M.P.

Dužnik - izdavalac menice

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica za zastupanje

Dana \_\_\_\_\_ 2019. godine, u \_\_\_\_\_.

**X POTVRDA O PRUŽENIM USLUGAMA**

Naručilac \_\_\_\_\_ sa sedištem u \_\_\_\_\_ (MB \_\_\_\_\_), pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da mu je dobavljač \_\_\_\_\_ sa sedištem u \_\_\_\_\_, tokom \_\_\_\_\_. godine, u **ugovorenim rokovima i kvalitetu isporučio** LABORATORIJSKI DIGESTOR SA VENTILATOROM, kom \_\_\_\_ (navesti broj).

potpis  
ovlašćenog lica Naručioca

Dana \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

***Potvrdu umnožiti u neophodan broj primeraka.***